PepS : dispositif microfluidique de préparation et stabilisation au lit du patient de marqueurs protéiques fragiles du sang

Benoit Gilquin, Myriam Cubizolles, Remco Den Dulk, Frédéric Revol-Cavalier, Manuel Alessio, Charles-Elie Goujon, Camille Echampard, Gorka Arrizabalaga, Annie Adrait, Mathilde Louwagie, Patricia Laurent, Fabrice Navarro, Yohann Couté, Marie-Line Cosnier et Virginie Brun

Sommaire

- Contexte
- La protéomique dans la pratique clinique
- La plateforme PepS
- Résultats pour le mode « découverte »
- Résultats pour le mode « ciblé »
- Conclusions et perspectives

1. Biomarqueurs pour une signature de la pathologie
2. En recherche fondamentale : augmentation importante du nombre de marqueurs protéiques

FIGURE 1: Illustrative iceberg representation of high dynamic range of proteins found in blood.

Avantages de la spectrométrie de masse pour la découverte et la quantification de biomarqueurs :

1. Détection des isoformes des protéines et des modifications
2. Capacité de multiplexage

FIGURE 2: Schematic overview of methods and techniques used in proteome and peptidome analyses for sample preparation prior to LC MS/MS.

Finoulst *et al* (2011) **J Biomed Biotech**

La protéomique dans la pratique clinique

Besoin d'automatiser, de standardiser et de simplifier les étapes de préparation de l'échantillon

Traitement de l'échantillon immédiat

🕒 ~ 2 jours

Spectromètre de masse

Assure l'intégrité des protéines et évite leurs dégradations

🕒 ~ 2 h

La plateforme PepS

Process flow pour la préparation des échantillons de sang avant l'analyse MS

Etapes

Solutions technologiques

Conception module par module

Réalisation des modules tests unitaires

Conception et intégration

PEPS – Carte microfluidique

Design

Architecture

Conception

PEPS - Instrument

Plateforme microfluidique PepS (Peptide Saver)

- Unité de contrôle pneumatique (régulateurs de pression + électrovannes)
- Collecteur pneumatique : « manifold »
- Contrôle électronique
- Éléments chauffants
- Porte carte avec système de serrage

Carte microfluidique (format carte de crédit)

- ▶ Designs, matériaux, procédés de fabrication adaptés à la microfabrication
- ▶ Leader de la standardisation microfluidique
 - Leader de ISO TC/48/WG3 & CEN TC 332/WG7 – Microfluidic devices
- ▶ Infrastructures à l'état de l'art pour le prototypage / microfabrication

Micro-usinage de précision de polymères et moules aluminium

Thermoformage et scellement thermique

Plasma atmosphérique

Laminage film silicone

Assemblage final

Technologie vannes

Technologie flow-stretch

Plateforme microfluidique PepS en fonctionnement

Injection du sang
(vitesse réelle)

Extraction du plasma (vitesse X4)

Mesure de 50µL de plasma avec standards lyophilisés (vitesse X8)

Déplétion en albumine du plasma avec Cibacron® blue (vitesse X16)

Digestion avec trypsine lyophilisée (vitesse X8)

Stockage des peptides purifiés sur résine Strata-X (vitesse X8)

Résultats pour le mode « découverte de nouveaux biomarqueurs »

- Comparaison des performances pour la préparation des échantillons avec le protocole de référence
- ✓ Avec PepS : identification de 579 protéines
- ✓ Avec le protocole de référence « manuel » : identification de 535 protéines
- ✓ Bonne répétabilité

Diagramme de Venn

Coefficient de Pearson calculé pour chaque paire de réplicats techniques (TR) et de réplicats analytiques (AR) sur la base des valeurs de quantification

- Les protéines quantifiées avec PepS sont distribuées sur 8 ordres de grandeurs dans la gamme dynamique pour le plasma (*Uhlen and co-workers*)

Gilquin, Cubizolles, Den Dulk *et al* (2021) *Anal Chem*

Résultats pour le mode « ciblé » pour la quantification de biomarqueurs

➤ Quantification de 3 biomarqueurs après préparation de l'échantillon avec PepS

Ajout de 3 biomarqueurs protéiques (ALAT1, CRP et MYG) à des concentrations pathologiques

Echantillon sanguin

Protocole automatisé

Carte fluidique PepS

Quantification des biomarqueurs par LC-SRM

Gilquin, Cubizolles, Den Dulk *et al* (2021) *Anal Chem*

LC-SRM a extrait les chromatogrammes ioniques des peptides de signature pour les 3 biomarqueurs cibles. Seules les 2 meilleures transitions du peptide sont attribuées pour améliorer la lisibilité.

➤ Quantification reproductible des 3 biomarqueurs par LC-SRM

Conclusions et perspectives

Évaluation de PepS pour le mode découverte

Déplétion en albumine efficace et stabilisation d'un ensemble de peptides protéolytiques pour le profilage du protéome plasmatique

Évaluation de PepS pour les tests multiplexés

Quantification reproductible de 3 biomarqueurs par LC-SRM : ALAT1, CRP et myoglobine

- Le système PepS permet de traiter automatiquement le protéome plasmatique du sang en 2 h
- PepS : dispositif de « preuve de concept », entre une perspective de produit pour la clinique et un instrument de recherche pour la découverte de biomarqueurs

Remerciements

FINANCEMENTS

Benoit GILQUIN

Charles-Elie GOUJON
Gorka ARRIZABALAGA

Département des technologies pour la santé et la biologie, Laboratoire de systèmes microfluidiques et de bioingénierie

- Myriam CUBIZOLLES
- Remco DEN DULK
- Frédéric REVOL-CAVALIER
- Manuel ALESSIO
- Camille ECHAMPARD
- Patricia LAURENT
- Fabrice NAVARRO
- Marie-Line COSNIER

Annie ADRAIT
Mathilde LOUWAGIE
Yohann COUTÉ
Virginie BRUN